国润检测

正本

报告编号 国润检字 202609HJ0156 号

检 测 报 告

INSPECTION REPORT

委托单位：山东亚荣化学股份有限公司

被检单位：山东亚荣化学股份有限公司

项目类别：地下水

山东国润环境检测有限公司

（检验检测专用章）

检测报告说明

1.报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

2.复制报告未重新加盖检验检测专用章无效。

3.报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。

4.报告涂改无效。

5.委托送样检测，本检验机构仅对来样所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

6.本次报告仅对本次样品的结果有效。

7.本报告不得用作宣传使用。

8.不可重复性试验不进行复检。

9.未经本机构批准，不得复制(全文复制除外)报告。

10.本报告中的符合性判定仅依据实际检测结果，不考虑其不确定度。

11.如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式提出，逾期不予受理。

地　　址：山东省泰安市泰山工业园区(中正集团院内)

邮政编码：271000

电　　话：0538-8502826

邮　　箱：sdgrem@163.com

国润检测

报告编号 国润检字 202609HJ0156 号

检测报告

样品类别	地下水	**检测类别**	☑委托检测 □送样检测
检测编号	国润检字 202609HJ0156 号	**被检单位**	山东亚荣化学股份有限公司
委托单位	山东亚荣化学股份有限公司	**联系人**	王凤 156 2152 4449
样品状态	详见报告第 3 页	**包装情况**	包装完好
☑采样日期 □收样日期	2026.09.10	**分析日期**	2026.09.10-2026.09.11
检测项目	检测项目、方法、主要仪器、检出限详见检测方法页		
评价依据	检测结果不作判定		
检测结果	详见结果报告单		

编制人： 审核人： 授权签字人：

签发日期：2026 年 09 月 22 日

（检验检测专用章）

检测方法

地下水：

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器名称、型号及编号	检出限
色度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （4.1 铂-钴标准比色法）	50mL 比色管 （自有）	5 度
浑浊度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （5.1 散射法-福尔马肼标准）	浊度计 WGZ-200 GRJC/SY-078 （自有）	0.5 NTU
耗氧量（以 O_2 计）	GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 （4.1 酸性高锰酸钾滴定法）	25mL 棕色聚四氟乙烯酸碱两用滴定管 GRJC/BY-141 （自有）	0.05 mg/L
氨氮（以 N 计）	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136 （自有）	0.025 mg/L
氯化物	HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014 （自有）	0.007 mg/L

本页以下空白

地下水检测结果报告单

项目编号		202609HJ0156		采样日期	2026.09.10
采样点位		2#厂区北侧	3#厂区东北侧	4#厂区内西北侧	5#厂区西北角
样品状态		黄色微浊液体	微黄微浊液体	微黄透明液体	微黄透明液体
样品序号		S001/S002（平行）	S003	S004/S005（平行）	S006
检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
色度	度	10	10	--	--
浑浊度	NTU	--	--	28.3	19.5
耗氧量（以 O_2 计）	mg/L	2.83/2.58，均值 2.70	2.50	2.67/2.62，均值 2.64	1.17
氨氮（以 N 计）	mg/L	--	--	0.170/0.168，均值 0.169	--
氯化物	mg/L	254/256，均值 255	--	--	--
备注		无			

本页以下空白

质量控制措施：

表 1 质控样分析结果

检测项目	单位	检测结果	标准值	判定方式	是否合格
氨氮	mg/L	2.43	2.44±0.19	检测结果在质控范围内	合格
氯化物	mg/L	4.97	4.77±0.38	检测结果在质控范围内	合格
备注	无				

表 2 平行样分析结果（采样平行）

检测项目	单位	平行样结果		相对偏差（%）	允许相对偏差（%）	是否合格
		S001	S002			
耗氧量（以 O_2 计）	mg/L	2.83	2.58	4.6	≤5	合格
氯化物	mg/L	254	256	0.4	≤10	合格
检测项目	单位	平行样结果		相对偏差（%）	允许相对偏差（%）	是否合格
		S004	S005			
耗氧量（以 O_2 计）	mg/L	2.67	2.62	0.9	≤5	合格
氨氮（以 N 计）	mg/L	0.170	0.168	0.6	--	--
备注	无					

表 3 全程序空白分析结果

检测项目	单位	样品序号	检测结果	检出限或测定下限	判定方式	是否合格
耗氧量（以 O_2 计）	mg/L	S007	ND	0.05	检测结果小于方法检出限	合格
氨氮（以 N 计）	mg/L	S007	ND	0.025	检测结果小于方法检出限	合格
氯化物	mg/L	S007	ND	0.007	检测结果小于方法检出限	合格
备注	ND 表示未检出					

报告结束

附：采样照片

